



DÉTECTION DE GAZ



Inventory

	Grand Lacs	Québec	Atlantique	Total
Multirae lite	2	6	4	12

Utilisation

Le détecteur peut mesurer cinq données: la limite d'explosivité inférieure LIE (LEL), O², CO, H²S et les COV. Il est utilisé durant les opérations d'intervention pour évaluer la qualité de l'air dans l'espace de travail des intervenants ainsi que pour évaluer la qualité de l'air ambiant avant l'entrée dans les espaces clos ou le travail à chaud.

Description

Ce détecteur de gaz robuste est muni de cinq cellules de mesure. Il peut être utilisé avec différents accessoires: pompe, alarme à distance, alarme visuelle, etc

Operating Data

Quatre gaz: O², CO, H²S et LEL
Détecteur de COV(composé organique volatile)

Ancillaries

Battery charger
Pump
Alarm (vibrating, visual, sound)
Calibration gas

Données techniques

Alarme programmable: limite basse / haute limite